

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2021-414	PS/PRV/69712
PRODUCTOS	
Monitores SONY LCD, modelos: <ul style="list-style-type: none"> • LMD-X2705MD. Números de serie: 3000096 - 3001806, 3100001 - 3100804 • LMD-X2705N. Números de serie: 3000003 - 3000108 • LMD-X2700MD. Números de serie: 3000002 - 3000091 	
FINALIDAD PREVISTA	
Monitor para uso médico en quirófanos, centros quirúrgicos, clínicas, consultas y entornos similares.	
FABRICANTE	
Sony Corporation, Japón	
DISTRIBUIDOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Mediware S.L., C/Roger de Flor 129-131, 08013, Barcelona • Olympus Iberia S.A., Plaza Europa 29-31, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona • System Dissa, S.L., C/Virgen del Pilar, 3, Local 1, 28400, Madrid 	
ASUNTO	
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los monitores SONY LCD, modelos LMD-X2705MD, LMD-X2705N y LMD-X2700MD, debido al posible fallo de una pieza de la placa principal, que podría causar que la imagen no se muestre o se pierda durante el uso clínico.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

