

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-029	REFERENCIA PS/TS/75956
PRODUCTO Catéter balón de angioplastia recubierto de paclitaxel Prevail™ de 2,5 mm y 3,5 mm de diámetro. Ver los modelos afectados en la nota de aviso de la empresa	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Medtronic Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica SA Calle María de Portugal, 11 28050 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del catéter balón de angioplastia recubierto de paclitaxel Prevail™, debido a la posible inclusión de un cuadro de distensibilidad incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

