

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2021-431	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/70432
<b>PRODUCTO</b> Introduccion de vaina corta Prelude®, Número de catálogo PSS-6F-4-018MT	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Proporcionar acceso y facilitar la introducción percutánea de diversos dispositivos en venas y arterias, al tiempo que se mantiene la hemostasia en una variedad de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos.	
<b>Nº LOTE</b> H2069291	
<b>FABRICANTE</b> Merit Medical Systems Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Merit Medical Spain S.L.U., C/ Rozabella 6 - Edificio París, 1ª planta. 28290 Las Rozas (Madrid)	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote H2069291 del introduccion de vaina corta Prelude®, debido a la inclusion de un dilatador incorrecto, lo que podría ocasionar un retraso en el procedimiento.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

