

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-427	REFERENCIA PS/PF/70425
PRODUCTO Placas de medio de cultivo: <ul style="list-style-type: none"> • BD Schaedler Agar / Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood (Biplaca), unidades 20, número de catálogo 254476 • BD Schaedler Agar / Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood (Biplaca), unidades 120, número de catálogo 257589 	
FINALIDAD PREVISTA Las placas de medio de cultivo BD Schaedler Agar / Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood están destinadas al cultivo de muestras clínicas para evidenciar el crecimiento de microorganismos anaerobios.	
Nº LOTE 1104468	
FABRICANTE Becton Dickinson GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n. 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 1104468 de determinados números de catálogo de las placas de medio de cultivo BD Schaedler Agar / Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood, debido a la posibilidad de que estén contaminadas por <i>Gemella morbillorum</i> y revisión de los resultados obtenidos con las mismas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	

