

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:		REFERENCIA	
2021-411		PS/NA/70401	
PRODUCTO			
Kits de electrodos Vectris™ SureScan™ MRI; números de referencia o catalogo 977A260, 977A275, 977A290			
Nº SERIE			
	Número de catálogo	Número de identificación del producto (PIN)	
	977A260	977A20024V	
	977A275	977A20025V	
	977A290	977A20028V	
FABRICANTE			
Medtronic Inc. EE UU.			
DISTRIBUIDOR			
Medtronic Ibérica S.A; C/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid			
ASUNTO			
Retirada del mercado de determinadas referencias y números de identificación de producto de kits de electrodos Vectris SureScan MRI, debido a que en la imagen de la caja y el etiquetado del paquete estéril se muestra una distancia incorrecta de 1,5 mm entre polos, cuando en realidad debería mostrar 4,0 mm.			
DOCUMENTOS ADJUNTOS:			
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 			

